Detalhe Equipamento

Nomenclatura	Item
Sistema de Bomba Intraórtica / Balão Intraórtico	10278
Sinônimos	
Balão Intraórtico; Aparelho de Contrapulsação intra-aórtica	
Classificação	
Médico Assistencial	
Definição e Aplicação	
Equipamento utilizado para assistência cardíaca temporária em diversos	procedimentos.
A Especificação Sugerida não é de uso obrigatório, podendo o prop	onente alterar conforme sua necessidade, exceto para os itens de informática e unidades móveis.
Ver Especificação Sugerida 1	^
Preço Sugerido	
R\$ 475.000,00	
pressão Invasiva; pressão Interna do Cateter; volume de Gás Hélio, dura derivação. Remoção de condensação do sistema de gás hélio. Console	adultos. Monitor cristal líquido com controle touchscreen, com indicação da Curva de Monitoração do ECG; ação (capacidade) da bateria. Capacidade de leitura de pressão por meio de fibra óptica. Alerta contra falhas o para transporte com bateria para autonomia de no máximo 3 (três) horas. Características elétricas conforme os de ECG com proteção contra descarga de desfibrilador e interferência de bisturi elétrico; 02 cilindros de gás mpeza do sistema de fibra optica.
Configurações Permitidas e Características a serem Especi	ficadas
Além da descrição básica, deve conter características e/ou informaçõo	es referentes a(o):
aos componentes, softwares e acessórios do equipamento. Informar a assistência ao paciente.	a taxa de
Ambientes	Y
Programa Estratégico / Componente	~

Empresa Participante do PROCOT	Página na Internet	Telefone	
GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	http://www.getinge.com/br	(11) 997639509	

O PROCOT é um programa de cooperação técnica de participação voluntária que visa a obtenção de informações técnicas de equipamentos disponíveis no mercado brasileiro. As empresas relacionadas aos equipamentos são participantes, disponibilizando de forma sistemática, informações técnicas e econômicas sobre seus produtos para o Ministério da Saúde. A divulgação das empresas do PROCOT através do SIGEM possui caráter único de transparência e publicidade, não representando em nenhuma hipótese qualquer tipo de homologação ou recomendação por parte do Ministério da Saúde no que tange ao fornecimento de equipamentos.

Contato para dúvidas, sugestões e opiniões: procot@saude.gov.br